

RES: ESCLARECIMENTO, PE 011/2022



De Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>
Para cplsaude@catalao.go.gov.br <cplsaude@catalao.go.gov.br>
Data 2022-04-14 10:35

Prezados, bom dia!

Algum retorno sobre o pedido de esclarecimento encaminhado?

Atenciosamente,



Bruna Padovan Marcondes dos Santos
Engenheira Biomédica – Trainee Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.
Rua Mirassol, 310 - Vila Clementino
04044-010 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: +55 11 5081-7190/ +55 11 5539-0746
www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

De: Bruna Padovan Marcondes

Enviada em: terça-feira, 12 de abril de 2022 17:09

Para: cplsaude@catalao.go.gov.br

Cc: Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>

Assunto: ESCLARECIMENTO, PE 011/2022

Prezados, boa tarde!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: PE 011/2022 – ITEM 9: “DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR”

Na descrição do item é solicitado índice de proteção IP23. Com isso, indagamos, equipamentos que possuem índice de proteção IPX4 serão aceitos? Uma vez que tal característica não interfere no funcionamento do mesmo.

Além disso, é requisitado: “Tecla para cancelar carga, e desarme automático da carga em caso de procedimento interrompido em no máximo 60 segundos.”. Desta forma, questionamos, tecnologias que permitem o desarme automático em 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos ou 120 segundos configuráveis pelo usuário por tecla dedicada, serão aceitos?

Ainda, é solicitado: “Corrente limitada a 150 J com pás adultas e 50 J com pás pediátricas”. Desta forma, questionamos, serão aceitas tecnologia que permitem a seleção da carga para o modo pediátrico de acordo com a necessidade da instituição, possibilitando

seleções de carga maiores?

Por fim, para o parâmetro de Marca-Passo é mencionado: "Ajuste de frequência de no mínimo: 30 a 180 batimentos por minuto;". Assim sendo, indagamos, serão aceitas tecnologias que possuem faixa de estimulação ajustável do marca passo de 40 à 170 ppm? Visto que, tais valores abrangem a faixa estipulada

Aguardo um retorno,
Atenciosamente,



Bruna Padovan Marcondes dos Santos
Engenheira Biomédica – Trainee Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.
Rua Mirassol, 310 - Vila Clementino
04044-010 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: +55 11 5081-7190/ +55 11 5539-0746
www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.