

Catalão, 20 de abril de 2022.

Relatório de não-conformidade sobre o equipamento ofertado da marca INSTRAMED no pregão eletrônico nº01/2022

O índice de proteção do equipamento é IP 56, no descritivo consta índice de proteção IP23.


As pás não atendem conforme solicitado no descritivo.

O tempo de sincronização é menor que 60ms.

A memória interna armazena por 2 horas e não por 8h como solicitado no descritivo.

Os equipamentos bifásicos (com carga de até 200J) é o que consta no descritivo, o da marca é de até 360J.

A sensibilidade com o range de $\frac{1}{4}$ (2.5mm/mV) não está presente no equipamento.



20
04
2022

Enf.^a Sabina Borges da Costa

Coordenadora do SAMU – Coren 132632/GO

ENF Sabina Borges da Costa
COREN - GO 132632
Coordenadora do SAMU de Catalão - GO

Pregão Eletrônico

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: **112022**

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: **9 - Desfibrilador** Qtde Solicitada: **1** Qtde Aceita: **0** Valor Máximo Aceitável: R\$ 32.075,2900

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	14.000,0000	18/04/2022 09:36:30:310			

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo / Versão: ION LED

Descrição detalhada do objeto ofertado: INSTRAMED ION LED...

Recusado [Consultar](#)

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O equipamento ofertado não atende ao descritivo constante no Termo de Referência (anexo I do Edital Convocação) em inúmeros quesitos técnicos: índice de proteção IPS6, medição automática da impedância do pcte, tamanho do display, visualização de 3 onda de ECG e BPM, sensibilidade ECG, dentre outros

05.743.288/0001-08	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1	14.800,0000	18/04/2022 09:38:08:553			
--------------------	---	---	-------------	----------------------------	--	--	--

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Modelo / Versão: UMED 20

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR - com tecnologia de onda bifásica. Medição automática da impedância do paciente. Display de Cristal Líquido (LCD) de 7 polegadas. Peso de 6 Kg e Índice de Proteção IP56. B...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	1	15.800,0000	18/04/2022 09:24:19:350			
--------------------	----------------------------	---	-------------	----------------------------	--	--	--

Marca: ecafix

Fabricante: ecafix

Modelo / Versão: mdf03

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: Desfibrilador Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem De Texto , Componente: Pás Externas, Encaixe Lateral , Tipo Onda: Bifásica , Componente I: Cabo 5 Vias , Recursos Integrados: Monitor Ecg, Spo2, ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS COMERCIO DE MATERIAIS	1	16.520,0000	18/04/2022 09:21:09:247			
--------------------	--	---	-------------	----------------------------	--	--	--

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: Desfibrilador/Cardioversor

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: Desfibrilador Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem De Texto , Componente: Pás Externas, Encaixe Lateral , Tipo Onda: Bifásica , Componente I: Cabo 5 Vias , Recursos Integrados: Monitor Ecg, Spo2, ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

23.178.900/0001-29	CIRURGICA IBIPORA EIRELI	1	24.699,0000	18/04/2022 09:25:07:063			
--------------------	-----------------------------	---	-------------	----------------------------	--	--	--

[Consultar](#)

Marca: NIHON KOHDEN

Fabricante: NIHON KOHDEN CORPORATION

Modelo / Versão: TEC 5621


Descrição detalhada do objeto ofertado: Desfibrilador Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem De Texto, Componente: Pás Externas, Encaixe Lateral, Tipo Onda: Bifásica, Componente I: Cabo 5 Vias, Recursos Integrados: Monitor Ecg, Spo2, Impr...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

05.286.960/0001-83  V. S. COSTA & CIA LTDA 1 24.700,0000 18/04/2022 09:13:09:940

Marca: PROLIFE-PLFPRCRV8002

Fabricante: PROLIFE-PLFPRCRV8002A Cardioversor DF8 - com Marc

Modelo / Versão: PROLIFE-PLFPRCRV8002A Cardioversor DF8 - com Marc


Descrição detalhada do objeto ofertado: "Desfibrilador Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem De Texto, Componente: Pás Externas, Encaixe Lateral, Tipo Onda: Bifásica, Componente I: Cabo 5 Vias, Recursos Integrados: Monitor Ecg, Spo2...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

26.527.362/0001-29  ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI 1 28.700,0000 18/04/2022 09:24:15:873

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: OF. MOD. VIVOC/ MARC+IMPR+MDEA


Descrição detalhada do objeto ofertado: Desfibrilador e Cardioversor: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: Até 12 derivações (DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V1 a V6), através de cabo de ECG de 05 vias. Y Captação do sinal E...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

24.103.721/0001-95  ROYAL ATACADISTA COMERCIO EIRELI E 1 31.794,9900 18/04/2022 09:17:43:783

Marca: Cmos Drake

Fabricante: Cmos Drake

Modelo / Versão: CARDIOVERSOR VIVO MARC+SPO2+MDEA


Descrição detalhada do objeto ofertado: CARDIOVERSOR VIVO MARC+SPO2+MDEA O MENOR E MELHOR CARDIOVERSOR DO MUNDO; Tecnologia bifásica; Bateria recarregável de alta durabilidade; Tela de Lap Top; Peso aproximado de 4 Kg; Display colorido de L...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

29.334.988/0001-07  OLIMPO COMERCIO SERVICOS LTDA E 1 31.999,0000 18/04/2022 09:15:34:993

Marca: PHILIPS

Fabricante: PHILIPS

Modelo / Versão: DFM100


Descrição detalhada do objeto ofertado: CARDIOVERSOR DFM100 + DEA + ECG + MARCAPASSO O Efficia DFM100 é um monitor/desfibrilador/cardioversor leve e portátil, com apenas 6,1 kg com uma bateria, pás externas de desfibrilação e cabos inclusos...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

36.764.774/0001-36  HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA 1 32.000,0000 18/04/2022 09:00:00:420

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: VIVO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Desfibrilador Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem De Texto, Componente: Pás Externas, Encaixe Lateral, Tipo Onda: Bifásica, Componente I: Cabo 5 Vias, Recursos Integrados: Monitor Ecg, Spo2, ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

38.285.172/0001-21  SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H 1 40.000,0000 18/04/2022 09:00:00:420

Marca: COMEN

Fabricante: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

Acima do valor estimado

[Consultar](#)

[Consultar](#)

[Consultar](#)

[Consultar](#)

[Consultar](#)

[Consultar](#)

Modelo / Versão: S 8

Descrição detalhada do objeto ofertado: DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR - com tecnologia de onda bifásica. Medição automática da impedância do paciente. Display de Cristal Líquido (LCD) de mínimo, 6,5 polegadas. Peso máximo de 6,5 Kg e In...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

27.602.134/0001-39 HEALTH SANTA 1 48.000,0000 18/04/2022
LUZIA EIRELI 09:14:01:693

Marca: LIFEMED

Acima do valor estimado

Fabricante: LIFEMED

Modelo / Versão: LIFE SHOCK PRO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cardioversor Bifásico Mp Dea Com Impressora Lifeshok Pro - Lifemed O Lifeshock Pro Cardioversor Composto De Um Conjunto Configurável Desfibrilador Bifásico/Monitor Configurável Destinado A Desfib...

[Consultar](#)

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

Menu Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor Convocar Anexo
Encerrar Convocação Em Análise Chat

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 34.444.108/0001-95
AVENIDA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 – 2º ANDAR SALA 96
CEP: 38010-000 - UBERABA

PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022

RAZAO SOCIAL: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ: 34.444.108/0001-95
IE: 0035105490061
END: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 – 2º ANDAR SALA96 – UBERABA MG
EMAIL: diretoria@vidashopping.com.br
TELEFONE: 34 3352-4684

NOME DO RESPONSAVEL: PRISCILLA LEAL GONCALVES
CPF: 049.900.426-46
END: AV LEOPOLDINO DE OLIVERIA, 5100 – 2º ANDAR SALA96 – UBERABA MG
EMAIL: diretoria@vidashopping.com.br
TELEFONE: 34 3352-4684

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
02	APARELHO TENS, FES E RUSSA	04	IBRAMED – NEURODYN II	1.800,00	7.200,00
03	APARELHO PORTÁTIL TENS/FES 2 CANAIS	03	IBRAMED – NEURODYN PORTATIL	900,00	2.700,00
08	POLTRONA HOSPITALAR	21	HORSE	1.400,00	29.400,00
09	DEFIBRILADOR E CARDIOVERSOR	01	INSTRAMED – IONLED	20.000,00	20.000,00
10	BOMBA DE INFUSÃO	10	CONTEC – SP750	8.000,00	80.000,00
				TOTAL	139.300,00

AVENIDA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 2ºANDAR SALA96 CEP: 38010-000/ UBERABA –
MG
TEL: (34) 3352-4684

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 34.444.108/0001-95
AVENIDA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 - 2º ANDAR SALA 96
CEP: 38010-000 - UBERABA

VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS

PRAZO DE GARANTIA 12 MESES

DADOS BANCARIOS:

BANCO: SICCOB

AG: 4033

CONTA: 17610-9

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 34.444.108/0001-95

Uberaba, 12 de abril de 2022.

PLG DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ: 34.444.108/0001-95
TEL: (34) 3352-4684

Priscilla Leal Gonçalves

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

AVENIDA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 2º ANDAR SALA 96 CEP: 38010-000/ UBERABA -
MG
TEL: (34) 3352-4684