

Re: Hospfar - Solicitação de esclarecimento PP 005/2022




De FARMACIA MUNICIPAL DE CATALAO <farmaciamunicipaldecatalogo@gmail.com>
Para Mara Carolina Pregão <cplsaude@catalogo.go.gov.br>
Data 2022-02-23 16:31

Resposta ao questionamento da empresa Hospfar, sobre o pregão 005/2022.

A lanceta para punção digital é a lanceta que seja compatível para uso/encaixe em lancetador, visto ser para uso pelo próprio paciente, na automonitorização do diabetes.

Att, Isabela Gomes



Sender notified by
Mailtrack

Em ter., 22 de fev. de 2022 às 14:22, <cplsaude@catalogo.go.gov.br> escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto: Hospfar - Solicitação de esclarecimento PP 005/2022

Data: 2022-02-22 11:05

De: Matheus Souza Berti <matheus.berti@hospfar.com.br>

Para: "cplsaude@catalogo.go.gov.br" <cplsaude@catalogo.go.gov.br>

Cópia: Wesley Ferreira Lima <wesleyferreira@hospfar.com.br>, Michael Douglas Lourenço Silva <michael.douglas@hospfar.com.br>, "Argemiro Gonçalves Cunha Filho (agcfilho55@gmail.com)" <agcfilho55@gmail.com>

[TOME CUIDADO COM POSSÁVEIS SPAMS!!!] [ESSE EMAIL VEIO DE REMUDENTE EXTERNO!!!]