



Prefeitura Municipal de Catalão

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

PARECER TÉCNICO

Recurso Administrativo apresentado pela empresa Health Solution Comércio e Serviços – Eireli.

Pregão nº 106/2019

Processo nº 2019030191

A empresa Health Solution Comércio e Serviços – Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 27.476.124/0001-02, apresentou Recurso Administrativo referente as propostas do item 7 apresentadas pelas empresas AMG Comércio e Assistência Técnica Hospitalar Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.827.404/0001-03, Baumer S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 61.374.161/0001-30 e Eletromed Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 26.483.355/0001-72 no Pregão Presencial nº 106/2019. Sendo assim, passa-se a analisar os argumentos levantados no referido recurso:

ITEM	EMPRESA	SITUAÇÃO
7	Baumer S/A	Apresentou manual ou equiparado, em atendimento ao item 8.2.5 do Edital - Atende ao edital, possui sensores de fluxo internos, autoclaváveis e universal.
7	Eletromed Eireli Epp	Apresentou manual ou equiparado, em atendimento ao item 8.2.5 do Edital - O manual apresentado não informa se o produto é confeccionado em material não oxidante, e não atende a todos os pacientes obesos mórbidos, tendo



Prefeitura Municipal de Catalão

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

		em vista o peso máximo de 150kg. Portanto, não atende ao descritivo do Edital.
7	AMG – Comércio e Assistência Técnica Hospitalar Eireli	Apresentou manual ou equiparado, em atendimento ao item 8.2.5 do Edital - O manual apresentado não informa se o produto é confeccionado em material não oxidante, nem se atende a pacientes obesos mórbidos, pois não especifica o peso máximo suportado. Portanto, não atende ao descritivo do Edital.

Conclui-se, portanto, que as propostas apresentadas pelas empresas Eletromed Eireli Epp e AMG – Comércio e Assistência Técnica Hospitalar Eireli referente ao item 7, não atendem ao descritivo do edital do Pregão Presencial nº 106/2019, enquanto a proposta apresentada pela empresa Baumer S/A, atende ao descritivo do referido edital.

Catalão – GO, 12 de dezembro de 2019.

Roberto Antônio Marot
Diretor Técnico da SMS
CPF nº: 806.725.157-68

Thiago José Maria Rodrigues
Engenheiro Mecatrônico
CPF nº: 962.853.461-00