

**RESPOSTA REFERENTE AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA
PROSCIENCE**

Equipamento destinado a amostras de sangue para exames de hematologia. Velocidade de rotação mínima de 16 RPM, com ou sem regulagem. Amplitude de rotação 180 ou 360°. Capacidade mínima de 18 tubos, para tubos de 2 a 5 ml. Portanto, o item será fracassado na sessão pública por falta de informação no descritivo do Edital.