



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CATALÃO-GOIAS.

Declaração de Esclarecimento

A pedido do pregoeiro esclareço que a resina composta da marca Maquira não atende às necessidades técnicas e clínicas da equipe de saúde bucal deste município.

Após avaliação, identificamos que o referido material apresenta características incompatíveis com a qualidade exigida nos atendimentos odontológicos, como: baixa resistência mecânica, alteração de cor precoce, difícil polimento, contração excessiva de polimerização, má adaptação marginal e manuseio insatisfatório. Tais limitações comprometem a durabilidade, a estética e a segurança dos procedimentos restauradores, colocando em risco a efetividade do tratamento oferecido à população.

Sendo assim, justificamos a não aceitação da referida resina no presente processo licitatório.

Catalão, 07/05/2025

Luís Renato Nogueira de Souza.

Odontólogo – CRO 9150

Dr. Luiz Renato Nogueira
CIRURGIÃO - DENTÍSTICA
CRO: GO - 9150

Dr. Luiz Renato Nogueira
CIRURGIÃO - DENTÍSTICA
CRO: GO - 9150