

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO_(GO) Fundo Municipal de Saúde de Catalão | 927538 - UASG - PE/90014/2024 - 01/08/2024



De <cplsaude@catalao.go.gov.br>

Para LG BR Licitação Varejo Centro-Oeste <LG.BR.Licitacao.Varejo.Centro-Oeste@linde.com>

Data 25-07-2024 10:10

Bom dia,

quanto ao pedido de esclarecimento, seguem as respostas:

1) Qual a quantidade de cilindros por gás que a Contratada deverá disponibilizar para o item 5 da cota principal de 75% e para o item 5 da cota reservada de 25%, tendo em vista que o edital não menciona?

--> Segundo o item 5.6. do Edital - Do Comodato dos Cilindros:

5.6.1. No momento de implantação do fornecimento de gás medicinal a Contratada deverá disponibilizar 210 cilindros de 10 M³, 60 cilindros de 1 M³, 40 cilindros de 2 M³, 30 cilindros de 3 M³, para suprir atualmente os locais de fornecimento.

Então, conforme o item 5 (tanto cota principal quanto reservada, o solicitado é em cilindro de 10 M³), portanto 210 cilindros de 10 M³;

2) Como se dará a disponibilização dos cilindros - em regime de comodato, locação ou a empresa deverá realizar a recarga em cilindro do órgão?

--> Regime de COMODATO, conforme especificado em Edital.

FAVOR LER O EDITAL COM ATENÇÃO, POIS TODAS AS INFORMAÇÕES ESTÃO CLARAS NO MESMO.

ATENCIOSAMENTE,

BRUNA PONTES