

Re: PE 8/2023 - Pedido de Esclarecimento - Prefeitura Munic. de Catalão



De <cplsaude@catalao.go.gov.br>
Para LICITAÇÕES METHABIO. <licitacoes@methabio.com.br>
Data 2023-04-18 10:14

Em 2023-04-13 17:39, LICITAÇÕES METHABIO. escreveu:

Boa tarde, Bruna!

Agradeço pelo retorno e peço esclarecimentos sobre a questão:

1)Este equipamento da Vyttra é de propriedade desta Secretaria de Saúde?

Se positivo, não caberia inexigibilidade?

2)Consta no Edital:

O objeto da presente licitação tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Material e Insumos para Laboratório de Análises Clínicas, com fornecimento de Equipamento em Sistema de Comodato, incluindo Assistência Técnica/Manutenções Preventivas e Corretivas, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência e de acordo com as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Significa que podemos oferecer um sistema composto de equipamento e reagentes, similar ao da Vyttra?

Em 13/04/2023 10:22, cplsaude@catalao.go.gov.br escreveu:

Bom dia,

Se trata de produtos para uso no equipamento VYTTRA, por isso a escolha da marca.

Atenciosamente,
Bruna Pontes

Em 2023-04-12 16:57, LICITAÇÕES METHABIO. escreveu:

Boa tarde!

Solicitamos esclarecimentos com relação a citação da Marca Vyttra no referido edital, se tem o objetivo de servir como referência, ou se trata-se de produtos para uso no equipamento VYTTRA BM200, já que são solicitados compatíveis com o referido equipamento.

Obrigada

Bom dia,

Iniciou se um equívoco desde o primeiro pedido de esclarecimento, na forma correta, os itens do Grupo 1 devem ser da marca Vittra ou equivalente, desde que todos os reagentes seja da mesma marca, conforme no Edital: padronizar as reações químicas dos reagentes utilizados na realização de exames laboratoriais nos diversos tipos de patologia, necessários no auxílio ao corpo clínico, tanto no atendimento ambulatorial quanto na atenção hospitalar, para alcance de diagnósticos adequados, em face dos equipamentos/controle/calibradores/ que temos, sendo necessário a adoção de uma mesma marca, seja ela qual for, para todos os itens, desde que sejam compatíveis com os equipamentos conforme descrito em cada item, , uma vez que o uso de reagentes de uma marca e controles/calibradores de outras não alcançam resultados precisos e confiáveis, colocando em risco a saúde e vida dos pacientes, bem como a perda de produto/material e, conseqüentemente, prejuízo ao erário público.

Atenciosamente,
Synara
Pregoiira

Re: ESCLARECIMENTO PE 008-2023 PROCESSO 2023010400

 **De** Centro Diagnósticos <diagnosticoscatalao@gmail.com>
Para <cplsaudef@catalao.go.gov.br>
Data 2023-04-18 07:53

Bom dia Larissa Machado!

Referente dúvida do Pregão Presencial nº 008/2023 Processo nº: 202310400 segue abaixo:

O equipamento de quimio ou eletroquimioluminescência a ser instalado no Centro Municipal de Diagnóstico pode ser de chão ou bancada.

Atenciosamente

Aurélio Goulart Rodvalho
Centro Municipal de Diagnósticos
Coordenador

Em qui., 13 de abr. de 2023 às 10:23, <cplsaudef@catalao.go.gov.br> escreveu:

Bom dia Aurélio,

favor responder ao pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,
Bruna Pontes

----- Mensagem original -----

Assunto: ESCLARECIMENTO PE 008-2023 PROCESSO 2023010400
Data: 2023-04-12 17:44
De: Larissa Machado <larissa.machado@vyttra.com>
Para: "cplsaudef@catalao.go.gov.br" <cplsaudef@catalao.go.gov.br>
Cópia: Maria Isabelle <maria.isabelle@vyttra.com>

Boa tarde!

Sr(a) Pregoeiro(a),

A empresa Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação S.A., CNPJ nº 00.904.728/0004-90, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimento relativo ao:

Pregão Presencial nº 008/2023 Processo nº: 202310400

Esclarecimento referente ao descritivo técnico.

GRUPO 2 - IMUNOLOGIA - COMODATO EQUIPAMENTO QUIMIO OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA.

Pergunta:

* Para grupo 2 de imunologia, será aceito equipamento de chão?

Aguardo em breve retorno para avaliar a nossa participação no certame.

Atenciosamente,

Larissa Machado

Licitações

T +55 11 4280 7554

Av. Queiroz Filho, 1560 - Torre Gaivota, 4º andar - São Paulo -
Brasil

R

[1]

[2]

[3]

O conteúdo desta mensagem e de seus anexos é de uso restrito e confidencial, sendo o seu sigilo protegido por lei. Estas informações não podem ser divulgadas sem prévia autorização escrita. O recebimento de mensagens na sua caixa postal corporativa pode ocorrer em horário diverso ao desenvolvimento das atividades funcionais. O fato de ter acesso ao recurso, por si só, não representa solicitação a trabalhar.

This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. The incoming messages on your corporate mailbox may occur in a different time of the development of functional activities. The access to the resource does not mean that are pending working request.

Links:

[1] <https://www.linkedin.com/company/vyttra-diagn%C3%B3sticos/>

[2] <https://www.instagram.com/vyttra/>

[3]

https://www.youtube.com/channel/UCcQTSVEGxpF9bkf6M9pzY2g?view_as=subscriber

[4] <http://www.vyttra.com/>

—
Aurélio Goulart Rodvalho
Centro Municipal de Diagnósticos Dr Sívio Paschoal - Coordenador
Biomédico
Mestre em Gestão Organizacional
Especialista em Gestão Hospitalar
64 3441 1806
64 9 9910 1314