



Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90004/2025 (Lei 14.133/2021)

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO ?

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto/Fechado



Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

28/02/2025 08:11



Prezados, boa tarde!

Por gentileza, podem esclarecer aos questionamentos abaixo:

1. Referente as exigências sinalizadas no item 10.3 - Qualificação técnica - subitem letras b e c. Será aceito a apresentação de documentos que comprovem a dispensa de tal exigência?

Deixo anexo documentos para análise.

2. Para o produto listado no item 12. Será aceito proposta com o descritivo abaixo:

WV120SBST-200 - FRASCO DE TAMPA ROSCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM LACRE DE VEDAÇÃO PARA GARANTIR A ESTERILIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ISO 11137-02.

COMPOSIÇÃO: POLIESTIRENO TRANSPARENTE QUE GARANTE A AUSENCIA DE FLUORESCENCIA SOB LAMPADA UV E POSSUI REAGENTE DE TIOSSULFATO DE SODIO PULVERIZADO PARA NEUTRALIZAR UMA AMOSTRA DE 100ML COM ATÉ 15MG/L DE CLORO.

CAPACIDADE 120ML COM MARCAÇÃO DE 100ML

POSSUI MARCAÇÃO DO LOTE NO FRASCO PARA GARANTIR A RASTREABILIDADE.

EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES

MARCA: IDEXX

Deixo anexo o catálogo para análise.

Atenciosamente,

Tamilis Teixeira | Customer Support, WATER (Brasil)
IDEXX BR | Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 - 1º andar-Ed. FL Corporate
| Itaim Bibi | São Paulo | CEP. 04538-133, BRASIL

Phone. +55 113594 0830 | 0800 728 AGUA (2482) | WhatsApp: ++55 11 99355 4196 | licitacaoagua@idexx.com | www.IDEXX.com.br/agua [1]



Boa tarde, sobre os questionamentos:

- Será aceito a apresentação de documentos que comprovem a dispensa de tal exigência? SIM.

2. Para o produto listado no item 12. Será aceito proposta com o descritivo abaixo? SIM

DEPARTAMENTO TECNICO DA SUVISA.



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 927538 - N° 90004/2025](#) [\(Lei 14.133/2021\)](#)

