

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	01.061.762/0001-60			
Endereço	Telefone			
RUA PROFESSORA ERGILIA MICELLI, Nº 541, 14808110, JARDIM REGINA, ARARAQUARA-SP				

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global	20250052	5807	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
20/05/2025	227991		4
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		10.594,91	10.440,00
			Saldo atual
			154,91

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-1132-OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	10.440,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER O PROGRAMA Nº 3 (PROCEDIMENTO DE CONTROLE E DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE) E O PROGRAMA Nº 4 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS PARA AVALIAR A QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO) DO PROJETO DE CONFINAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	17874	COLORIMETRO	TIPO: PORTÁTIL, AJUSTE: COM SAÍDA PARA INTERFACE, METODO: GEOMETRIA 45/0°, ADICIONAL: FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: ÁREA DE LEITURA ATÉ 15 MM COMPONENTES: C/ADAPTADORES, CALIBRADOR, BATERIA, COMPONENTES ADICIONAIS: MEMÓRIA INTERNA.CÓDIGO CATMAT: 452892 - COLORIMETRO	2,00	2.538,00000	5.076,00
2	58272	TURBIDÍMETRO PORTÁTIL	TURBIDÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO: 110,220 VCA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:RETANGULAR, FAIXA TRABALHO: DE 0 A 100 NTU, RESOLUÇÃO:ESCALA DE 0 A 10-0,01NTU; DE 10 A 100-0,1NTU; PRECISÃO: 2% NTU, APLICAÇÃO: MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS. FAIXAS DE MEDIÇÃO: 0 A 1100 NTU/FNU; 0 A 275 EBC; E 0 A 9999 ASBC COM RESOLUÇÃO DE 0,01 NTU(0 A 99.99 NTU); 0.1 NTU (100 A 999.9 NTU); E 1 NTU (1000 A 1100 NTU) EXADÃO: ±2% (0 A 499,9 NTU) E ±3% (500 A 1100 NTU). MÉTODO DE MEDIÇÃO: NEFELOMÉTRICO 90° (NORMA ISO 7027).FONTE DE LUZ: DIODO EMISSOR DE INFRAVERMELHO (850NM). DETECTOR: FOTODIODO DE SILÍCIO. ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA 9V(OU EXTERNA VIA PORTA USB) E TEM MEMÓRIA INTERNA, ACOMPANHA MALETA DE TRANSPORTE E CUBETAS PARA MEDIÇÃO. CÓDIGO CATMAT: 250165 - TURBIDÍMETRO PORTÁTIL	2,00	2.682,00000	5.364,00
						10.440,00

Líquido por extenso

***** (DEZ MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do Sistema