

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor	Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	01.061.762/0001-60			
Endereço	RUA PROFESSORA ERGILIA MICELLI, Nº 541, 14808110, JARDIM REGINA, ARARAQUARA-SP				
	Telefone				

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20251111	6066	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
26/05/2025	228197		04
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		50.444,16	10.440,00
			Saldo atual
			40.004,16

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAU
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4029-1132-OBRA, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL	ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	10.440,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER O PROGRAMA Nº 3 (PROCEDIMENTO DE CONTROLE E DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE) E O PROGRAMA Nº 4 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS PARA AVALIAR A QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO) DO PROJETO DE CONFINAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	17874	COLORIMETRO	TIPO: PORTÁTIL, AJUSTE: COM SAÍDA PARA INTERFACE, MÉTODO: GEOMETRIA 45/0°, ADICIONAL: FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: ÁREA DE LEITURA ATÉ 15 MM COMPONENTES: C/ADAPTADORES, CALIBRADOR, BATERIA, COMPONENTES ADICIONAIS: MEMÓRIA INTERNA.CÓDIGO CATMAT: 452892 - COLORIMETRO	2,00	2.538,00000	5.076,00
2	58272	TURBIDÍMETRO PORTÁTIL	TURBIDÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO: 110,220 VCA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:RETANGULAR, FAIXA TRABALHO: DE 0 A 100 NTU, RESOLUÇÃO:ESCALA DE 0 A 10-0,01NTU; DE 10 A 100-0,1NTU; PRECISÃO: 2% NTU, APLICAÇÃO: MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS. FAIXAS DE MEDIÇÃO: 0 A 1100 NTU/FNU; 0 A 275 EBC; E 0 A 9999 ASBC COM RESOLUÇÃO DE 0,01 NTU(0 A 99.99 NTU); 0.1 NTU (100 A 999.9 NTU); E 1 NTU (1000 A 1100 NTU) EXADÃO: ±2% (0 A 499,9 NTU) E ±3% (500 A 1100 NTU). MÉTODO DE MEDIÇÃO: NEFELOMÉTRICO 90° (NORMA ISO 7027).FONTE DE LUZ: DIODO EMISSOR DE INFRAVERMELHO (850NM). DETECTOR: FOTODIODO DE SILÍCIO. ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA 9V(OU EXTERNA VIA PORTA USB) E TEM MEMÓRIA INTERNA, ACOMPANHA MALETA DE TRANSPORTE E CUBETAS PARA MEDIÇÃO. CÓDIGO CATMAT: 250165 - TURBIDÍMETRO PORTÁTIL	2,00	2.682,00000	5.364,00
						10.440,00

Líquido por extenso

***** (DEZ MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do Sistema