**BLL COMPRAS**

Esclarecimentos - Processo 013/2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/07/2024 14:30	Ao analisarmos o descritivo do LOTE 153 - INDICADOR BIOLÓGICO 1 HORA, verificamos que não foi solicitado o comodato da incubadora (equipamento necessário para leitura desses indicadores). Sendo assim, perguntamos : Será necessário o fornecimento de incubadoras em comodato ? Se sim, qual quantidade ? Se não, qual marca / modelo utilizado ?		Não há arquivo anexado.


Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
04/07/2024 17:11	Não será necessário o fornecimento de incubadoras. O Município possui as marcas CRISTOFOLI e BIOTRON!!!		Não há arquivo anexado.



MARCEL AUGUSTO MARQUES
CATALÃO-GO - 08/07/2024

Gerado em: 08/07/2024 08:38:10



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 013/2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/07/2024 14:30	Ao analisarmos o descritivo do LOTE 153 - INDICADOR BIOLÓGICO 1 HORA, verificamos que não foi solicitado o comodato da incubadora (equipamento necessário para leitura desses indicadores). Sendo assim, perguntamos : Será necessário o fornecimento de incubadoras em comodato ? Se sim, qual quantidade ? Se não, qual marca / modelo utilizado ?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
04/07/2024 17:11	Não será necessário o fornecimento de incubadoras. O Município possui as marcas CRISTOFOLI e BIOTRON!!!		Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
11/07/2024 09:32	Os documentos de Habilitação, registros e catálogos deverão ser anexados na plataforma no cadastramento da proposta? Ou podemos enviar somente após a disputa referente aos itens ganhos?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
11/07/2024 13:38	Conforme especificado no Edital!		Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
11/07/2024 16:53	PEDIDO ANEXO. CATALÃO GO.pdf		https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/0e7c19f8f5294f33aedb8aaa46d62ef5.pdf

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
12/07/2024 15:19	O item deverá ser compatível com o Desfibrilador: Marca: Instramed. Modelo: Isis. Série: 082015 IS 3169.		Não há arquivo anexado.